

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/03/2024 10:54	Sr Pregoeiro, bom dia! Venho solicitar o esclarecimento, referente aos itens 272, 273 e 274, onde nos mesmos é requerido um produto Estéril, porém com essas características e metragem que é exposto, não tenho o conhecimento se realmente existe de fato o produto. Há um produto porém é feito em tiras, com a metragem de 2,5CMx10CM, ou seja tiras curtas. Solicito que analise se realmente é isso que está sendo solicitado, ou se há algum erro na descrição desses produtos.		Não há arquivo anexado.
MISSNER & MISSNER LTDA - 03225411000173		verafaccin@hotmail.com / (65) 3661-1669	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
19/03/2024 14:21	Segue a resposta da Enfermeira Maira Bárbara Vianna, Coordenadora das UBS's: "Referente ao questionamento sobre os itens 272, 273 e 274, o produto é esterilizado por óxido de etileno ou raio gama e as metragens exigidas nos descritivos existem e devem ser seguidos."		Não há arquivo anexado.