



# DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINEIROS DO TIETÊ

Rua Sub Delegado Ferrinho, 535 – Centro – Mineiros do Tietê, SP  
Tel. 14 – 36463800 – [saude@mineirosdotiete.sp.gov.br](mailto:saude@mineirosdotiete.sp.gov.br)

Ofício 162/2026 – Departamento Municipal de Saúde

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

### 1. REQUISITANTE

Órgão requisitante: Departamento Municipal de Saúde  
Responsável: Joana d'Arc Duarte Zucato  
Email: [saude@mineirosdotiete.sp.gov.br](mailto:saude@mineirosdotiete.sp.gov.br)

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de seladoras térmicas para embalagem de materiais esterilizados.

### 3. JUSTIFICATIVA

As seladoras são equipamentos essenciais no processo de esterilização, pois permitem o fechamento hermético de embalagens próprias, assegurando a integridade e a manutenção da esterilidade dos instrumentos até o momento de sua utilização.

Considerando a rotina de atendimentos e procedimentos realizados na unidade, bem como a necessidade de cumprimento das normas sanitárias vigentes, torna-se indispensável a disponibilização de equipamentos adequados, seguros e em pleno funcionamento.

A ausência ou insuficiência desses equipamentos pode comprometer a qualidade da assistência prestada, aumentando o risco de contaminação e infecções, além de não atender às exigências dos órgãos de vigilância sanitária.

### 4. INFORMAÇÕES PROCEDIMENTAIS

- 4.1. O Objeto desta demanda se enquadra na categoria compra e ação
- 4.2. Este DFD está acompanhado de cotação de preços.
- 4.3. Em relação ao objeto desta demanda, não há contrato ou ata de registro de preços vigentes.

### 5. DESCRIÇÃO DA DEMANDA (compra).

DISPOSITIVO/PEÇA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
SELADORA	<ul style="list-style-type: none"><li>• selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor;</li><li>• suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico;</li><li>• Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura;</li><li>• Selagem completa;</li><li>• Compacta, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm;</li><li>• Área de selagem (comprimento): 30 cm;</li><li>• Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência 180 W;</li></ul>	04 UNIDADES



# DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINEIROS DO TIETÊ

Rua Sub Delegado Ferrinho, 535 – Centro – Mineiros do Tietê, SP  
Tel. 14 – 36463800 – [saude@mineirosdotiete.sp.gov.br](mailto:saude@mineirosdotiete.sp.gov.br)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Requisitos para fins regulamentares e atendimento aos requisitos da RDC 665/2022 - BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA.</b></li><li>• <b>Garantia</b></li></ul>	
--	---	--

## 6. OBSERVAÇÕES GERAIS

### 6.1. Locais

- Pronto Atendimento Municipal  
Rua Subdelegado Ferrinho, 535 - Centro

6.2. Prazo: 10 dias úteis

6.3. Prazo para pagamento: 30 dias

## 7. PEDIDO

Solicita-se a contratação/aquisição acima especificada, submetendo-se este DFD e seus anexos para o devido processamento, nos termos da lei e regulamento

Mineiros do Tietê, 16 de abril de 2026

Assinatura do solicitante

  
Visto/aval da Diretora Municipal de Saúde  
Patrícia Eliane Nardello Trevisan  
Diretora Municipal de Saúde  
RG 27.467.867-7